МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Карла Маркса ул., 29, Иркутск, 664003
тел./факс (3952) 24-05-86.
e-mail: guzio@guzio.ru

01.07.2011 г. № 54-37-2647/1

на № _____ от _____

Руководителям органов управления здравоохранения муниципальных образований

Руководителям областных государственных учреждений здравоохранения

Руководителям муниципальных учреждений здравоохранения

О предоставлении информации о наличии и использовании аппарата искусственная почка фирмы INNOVA

В связи с сообщением главы представительства ПК «Гамбро Аксиенбулаг», Швеция в Москве о последствиях применения не рекомендованных производителем оборудования расходных материалов (далее – сообщение, копия – прилагается) в Генеральную Прокуратуру Российской Федерации и Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения и социального развития Российской Федерации, довожу до вашего сведения изделия медицинского назначения, указанные в сообщении, и не рекомендованные производителем аппарата искусственная почка INNOVA в качестве кровопроводящих магистралей (картриджей).

При использовании лечебно – профилактическими учреждениями в лечебно – диагностических целях аппарата искусственная почка INNOVA, **П Р О Ш У:**

1. Руководителей органов управления здравоохранения муниципальных образований:

а) довести до сведения учреждений здравоохранения муниципального образования информацию об изделиях медицинского назначения, указанных в сообщении;

б) не допускать использования изделий медицинского назначения, указанных в сообщении, и не рекомендованных производителем аппарата искусственная почка INNOVA в качестве кровопроводящих магистралей (картриджей);

в) предоставить в управление фармацевтической деятельности и медицинской техники министерства здравоохранения Иркутской области, в установленном порядке и по электронной почте ogm@guzio.ru, в срок до 10 июля 2011 года, информацию о наличии и использовании учреждениями здравоохранения муниципального образования аппарата искусственная почка INNOVA и изделий медицинского назначения, указанных в сообщении, и не рекомендованных производителем в качестве кровопроводящих магистралей.

2. Руководителям областных государственных учреждений здравоохранения и руководителям муниципальных учреждений здравоохранения:

а) принять информацию сообщения к сведению и руководству в работе;

б) не допускать использования изделий медицинского назначения, указанных в сообщении, и не рекомендованных производителем аппарата искусственная почка INNOVA в качестве кровопроводящих магистралей (картриджей);

в) предоставить в управление фармацевтической деятельности и медицинской техники министерства здравоохранения Иркутской области, в установленном порядке и по электронной почте ogm@guzio.ru, в срок до 10 июля 2011 года, информацию о наличии и использовании учреждением аппарата искусственная почка INNOVA и изделий медицинского назначения, указанных в сообщении, и не рекомендованных производителем в качестве кровопроводящих магистралей.

Заместитель министра Т.В. Бойко

Белоусов Р.О.
34-01-84